

INOVALLEY rappelle **TENSIOMETRE POIGNET**

- Noms des modèles ou références concernés : **TENSIOMETRE POIGNET 0090 modèle ZK-W863 N°Série : 012022**
- Marque : **INOVALLEY**
- Lot voir liste des produits en pièce jointe
GTIN 376002485221 Lot voir liste des produits en pièce jointe
- Conditionnements : **Emballage carton - INOVALLEY**
- Date début/fin de commercialisation : **du 26/02/2021 au 31/03/2024**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Magnetic land, Promotion Sept, Domoti (VAD), CMI Publishing, DFR, SIIDJ, SCA Normandie, Menai Abdelmadjid,**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Produit ne disposant pas du CE Médical et ne pouvant être assimilé à un produit médical.**
- Risques encourus par le consommateur : **Autre risque**
- Description complémentaire du risque : **Produit ne correspondant pas à un appareil médical et ne pouvant être utilisé pour produire des résultats médicaux totalement fiables**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente, Contacter le service consommateur.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement, Echange.**

CONTACT

- Numéro de contact : **0134304074**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre