

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 09/09/2025

STEROPLAST rappelle Lingette désinfectante sans alcool « Sterowipe » non stérile



- Noms des modèles ou références concernés : 8021 et 8021B
- Marque : STEROPLAST
- Lot Tous les lots
- Conditionnements : Boîte de 100, ou en vrac dans d'autres quantités (boîte en vrac de 2000, etc.).
- Informations complémentaires: Les lingettes désinfectantes sans alcool Sterowipe sont des lingettes désinfectantes emballées individuellement, avec une formulation composée d'eau, de 0,2 % de cétrimide et de 0,02 % de gluconate de chlorhexidine.
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : Pharmacies, sites de vente en ligne...

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Risque infectieux identifié par l'Agence britannique de sécurité sanitaire lors des investigations concernant une épidémie de Burkholderia Stabilis survenue en Angleterre.
- Risques encourus par le consommateur : Risque microbiologique
- Description complémentaire du risque : Burkholderia Stabilis peut provoquer une infection lorsqu'elle se retrouve dans la circulation sanguine. Chez certaines personnes, elle peut entraîner des complications plus graves.

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

Modalités de compensation : Autre (voir informations complémentaires).

CONTACT

Informations complémentaires publiques : rapComplementInfoPublic

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

