Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 03/08/2021

MEDIMASQUE rappelle Masques FFP2 x20



- Noms des modèles ou références concernés : **Model : JGA-9502**
- Marque : **Medimasque**
- **GTIN 3760332470939 Lot Tous les lots Date limite de consommation 21/12/2022**
- Conditionnements : **Par sachets refermable de 20 puis emballage individuels à l'intérieur.**
- Date début/fin de commercialisation : **du 15/03/2021 au 02/06/2021**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Pharmacies ou points de vente tiers**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Produit non conforme et dangereux. Ne réponds pas aux normes de filtrations exigé pour être qualifié de FFP2.**
- Risques encourus par le consommateur : **Dommages internes**
- Description complémentaire du risque : **Ne protégé pas assez efficacement.**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **jeudi 22 décembre 2022**

CONTACT

- Numéro de contact : **0778694413**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre