

RAPPEL DE PRODUIT

MASQUES FFP2 X20

Medimasque

Vêtements, Mode, EPI / Equipements de Protection Individuels

Masques FFP2 x20

Marque : **Medimasque**

Modèle ou référence : **Model : JGA-9502**

- **GTIN 3760332470939 Lot Tous les lots Date limite de consommation 21/12/2022**

Conditionnements : Par sachets refermable de 20 puis emballage individuels à l'intérieur.

Date de commercialisation : 15/03/2021

Date de fin de commercialisation : 02/06/2021

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : Pharmacies ou points de vente tiers



Publication du : 03/08/2021

Motif du rappel : **Produit non conforme et dangereux. Ne réponds pas aux normes de filtrations exigé pour être qualifié de FFP2.**

Risques encourus : **Dommages internes.**

Description complémentaire du risque : **Ne protégé pas assez efficacement.**

Conduite à tenir : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.**

Numéro de contact : **0778694413**

Modalités de compensation : **Remboursement.**

Date de fin de la procédure de rappel : **22/12/2022**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

