

RAPPEL DE PRODUIT

2019-NCOV ANTIGEN TEST (LATERAL FLOW METHOD) WONDFO

Autres / Divers

2019-nCov Antigen Test (Lateral Flow Method)

Marque : **WONDFO**

Modèle ou référence : **Antigen Test WONDFO**

- **Lot Tous les lots**


Conditionnements : **BOITE DE 20 TESTS**

Date de commercialisation : **30/12/2021**

Date de fin de commercialisation : **14/01/2022**

Zone géographique de vente : **44210**

Distributeurs : **SUPER U PORNIC**



Publication du : **21/01/2022**

Motif du rappel : **PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE**

Risques encourus : **Dommages internes.**

Description complémentaire du risque : **Dommage interne avec risque de blessure du fait d'un mauvais usage et risque de résultats non fiables du fait de l'absence de consignes destinées à des non professionnels de santé.**

Conduite à tenir : **Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente.**

Numéro de contact : **0251740010**

Modalités de compensation : **Remboursement.**

Date de fin de la procédure de rappel : **28/02/2022**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

