

# RAPPEL DE PRODUIT

## 2019-NCOV ANTIGEN TEST WONDFO

Hygiène-Beauté / Dispositifs médicaux grand public

**2019-NCov ANTIGEN TEST**

Marque : **WONDFO**

Modèle ou référence : **WONDFO TESTS ANTIGENIQUES**

**2019-NCov ANTIGEN TEST**



- **GTIN 1000026414 Lot W196112270 Date limite de consommation 06/12/2022**

Conditionnements : **840 TESTS ANTIGENIQUES** soit **42 BOITES** de **20 TESTS ANTIGENIQUES**

Date de commercialisation : **07/12/2021**

Date de fin de commercialisation : **07/12/2022**

Zone géographique de vente : **France entière**

Distributeurs : **CARREFOUR MARKET SAINT GIRONS**

**ASSOCIATION ADAPEI 77 LE CEDRE BLEU**

Publication du : **18/02/2022**

Motif du rappel : **Matériel médical destiné aux professionnels de la santé**

Risques encourus : **Dommages internes.**

Description complémentaire du risque : **Ce produit doit être utilisé par un professionnel de la santé Le mauvais usage de ce produit donne un risque de résultat non fiable**

Conduite à tenir : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le point de vente.**

Numéro de contact : **0143388147**

Modalités de compensation : **Remboursement.**

Date de fin de la procédure de rappel : **07/03/2022**

Informations complémentaires publiques : **Matériel médical destiné aux professionnels de la santé**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

