

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 07/06/2021

GME GME rappelle Masque Médical Jetable non stérile



- Noms des modèles ou références concernés: Masque Médical Jetable non stérile GME 3PT2-50 Masque Médical Jetable non stérile GME 3PT2-10
- Marque : Masque Médical Jetable non stérile
- Lot 2005121
- Conditionnements : Boite de 50 masques Sachets de 10 masques
- Date début/fin de commercialisation : du 01/06/2020 au 31/05/2021
- Informations complémentaires : L'ensemble du lot 2005121 est retiré de la commercialisation. (Le numéro de lot est précisé sur le dessous de la boite)
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : FRANPRIX

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Les masques ne répondent pas aux performances exigées par la norme européenne.
- Risques encourus par le consommateur : Autres contaminants biologiques

QUE FAIRE?

• Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : Remboursement.
- Date de fin de la procédure de rappel : samedi 30 octobre 2021

CONTACT

• Numéro de contact : 0970171000

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

