Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 07/06/2021

GME GME rappelle Masque Médical Jetable non stérile



- Noms des modèles ou références concernés : **Masque Médical Jetable non stérile GME 3PT2-50 Masque Médical Jetable non stérile GME 3PT2-10**
- Marque : **Masque Médical Jetable non stérile**
- **Lot 2005121**
- Conditionnements : **Boite de 50 masques Sachets de 10 masques**
- Date début/fin de commercialisation : **du 01/06/2020 au 31/05/2021**
- Informations complémentaires : **L'ensemble du lot 2005121 est retiré de la commercialisation. (Le numéro de lot est précisé sur le dessous de la boite)**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **FRANPRIX**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les masques ne répondent pas aux performances exigées par la norme européenne.**
- Risques encourus par le consommateur : **Autres contaminants biologiques**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **samedi 30 octobre 2021**

CONTACT

- Numéro de contact : **0970171000**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre