

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 07/06/2021

GME rappelle Masque Médical Jetable enfants



- Noms des modèles ou références concernés: Masque Médical Jetable enfants Boite de 50 masques MP-3P-T2E
- Marque : OK
- Lot 201031
- Conditionnements : boite de 50 masques L'ensemble du lot 2010311 est retiré de la commercialisation
- Date début/fin de commercialisation : du 01/06/2020 au 31/05/2021
- Informations complémentaires : Masque médical jetable avec image d'enfant
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Les masques ne répondent pas aux exigences de performance de la norme européenne.
- Risques encourus par le consommateur : Autres contaminants biologiques

QUE FAIRE?

• Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : Remboursement.
- Date de fin de la procédure de rappel : dimanche 31 octobre 2021

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

