

RAPPEL DE PRODUIT

FFP2 NR VIRTUE HEALTH

Virtue Health

Hygiène-Beauté / Dispositifs médicaux grand public

FFP2 NR Virtue Health

Marque : **Virtue Health**

Modèle ou référence : **Model: SH9801**

- **Lot Tous les lots**

Conditionnements : Boite de 50 pcs, emballage par sachet de 2 pcs

Date de commercialisation : 17/02/2021

Date de fin de commercialisation : 25/04/2022

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : **Medic Gov Grande Pharmacie**

Convention



Publication du : 20/06/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Masque de protection individuel**

Motif du rappel : Les analyses ont permis de conclure que ces masques étaient "non conforme et dangereux" car la valeur de pénétration aux particules liquides et solides du matériaux filtrant est supérieure à la valeur maximale de 6 % prévue pour les FFP2.

Risques encourus : Intoxication.

Conduite à tenir : **Ne plus utiliser le produit, Détruire le produit.**

Numéro de contact : 0627216072

Modalités de compensation : **Echange, Autre (voir informations complémentaires).**

Date de fin de la procédure de rappel : 31/08/2022

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

