

**ADRELUX rappelle Masques FFP2 x10**



- Masques FFP2 x10
- Marque : INTEXTRED
- GTIN 3800600001967 Lot Tous les lots
- Conditionnements : 10 MASQUES FFP2
- Date début/fin de commercialisation : du 12/02/2021 au 21/04/2021
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : Cora, Match, AMC

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La filtration du masque n'est pas suffisante et présente donc un risque pour la santé de son utilisateur.
- Risques encourus par le consommateur : Dommages internes

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

**RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS**

- Modalités de compensation : Remboursement.
- Date de fin de la procédure de rappel : mercredi 11 août 2021

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre